


Gerados: 27/07/26, 16:29

Página 1 de 11

Fontes de dados: MiniMed 780G, MMT-1886 (NG1234567H)



A

7%

B

6%

93%

94%

50

70

180

250

mg/dL

Saídas do SmartGuard

A

B

Sem calibração

0

0

Administração máx. do SmartGuard

0

0

Administração mín. do SmartGuard

0

0

Necessária GS para SmartGuard

0

0

Leitura do algoritmo do sensor inferior à real

0

0

Atualização sensor

0

0

Sem VS

0

0

Fim do sensor

0

0

SmartGuard desativado pelo utilizador

0

0

Suspensão prolongada

0

0

Aquecimento do SmartGuard

0

0

Não identificado

0

0

Estatísticas

A

B

SmartGuard (por semana)

95% (6d 15h)

100% (7d 00h)

Modo manual (por semana)

0% (00h)

0% (00h)

Utilização do sensor (por semana)

93% (6d 13h)

99% (6d 22h)

Média de VS ± DP

129 ± 31 mg/dl

125 ± 32 mg/dl

IGG³

6,4%

6,3%

Coefficiente variação (%)

23,9%

25,4%

Alertas VS baixo/alto (por dia)

0,1 / 0,0

0,2 / 0,0

GS média

129 ± 56 mg/dl

113 ± 41 mg/dl

GS / Calibração (por dia)

0,2 / 0,1

0,4 / 0,3

Dose diária total (por dia)

10,4 unidades

10,7 unidades

Quantidade de bolus (por dia)

6,8U (65%)

7,3U (68%)

Quant. Correção autom. (por dia)

0,9U (13%)

0,9U (12%)

Quant. basal automático / basal (por dia)

3,6U (35%)

3,4U (32%)

Mudança de conjunto/reservatório

3,3 / 2,0 dias

5,0 / 2,5 dias

HC introduzidos/refeições (por dia)

123 ± 48 g / 3,8

126 ± 30 g / 4,0

Duração insulina ativa

2:00 h

2:00 h

Basal manual programado de 24 h⁴

6,450U

6,450U

Objetivo do SmartGuard

100 mg/dl

100 mg/dl

3 Indicador de gestão da glicose

4 O modo manual de 24 h programou o total a partir do padrão basal ativo