Comparación de percentiles



Ratio de HC (g/U)		
A	14,0	10,0
B	14,0	10,0

A

Patrones hipoglucémicos (0) — N.º de episodios (diarios): 0

Ninguna

Patrones hiperglucémicos (3) — N.º de episodios (diarios): 1,1

1 15:00 - 15:59 (3 casos)
2 18:00 - 18:59 (2 casos)
3 22:00 - 22:59 (2 casos)

Tiempo en rango



3 Indicador de control de glucosa
4 Total programado de 24 horas en el modo manual del patrón basal activo

Salidas de SmartGuard

	A	B
No hay calibración	0	0
Infusión máxima de SmartGuard	0	0
Infusión mínima de SmartGuard	0	0
GS necesaria para SmartGuard	0	0
Algoritmo del sensor con lecturas infer. a las reales	0	0
Actualización del sensor	0	0
Sin valores glucosa sensor	0	0
Fin sensor	0	0
SmartGuard desactivada por el usuario	0	0
Suspensión prolongada	0	0
Inicio de SmartGuard	0	0
Sin identificar	0	0

Estadísticas

	A	B
SmartGuard (a la semana)	95% (6d 15h)	100% (7d 00h)
Modo manual (a la semana)	0% (00h)	0% (00h)
Uso del sensor (a la semana)	93% (6d 13h)	99% (6d 22h)
Promedio SG ± DE	128 ± 31 mg/dL	125 ± 31 mg/dL
ICG³	6,4%	6,3%
Coeficiente de variación (%)	24,6%	24,9%
Alertas SG baja/alta (al día)	0,1 / 0,0	0,2 / 0,0
Promedio GS	126 ± 46 mg/dL	113 ± 41 mg/dL
GS/Calibración (al día)	0,3 / 0,2	0,4 / 0,3
Dosis diaria total (al día)	10,5 unidades	10,5 unidades
Cantidad de bolus (al día)	7,0U (67%)	7,1U (68%)
Cantidad autocorrección (diaria)	1,0U (14%)	0,8U (11%)
Valor basal/basal automático (al día)	3,5U (33%)	3,4U (32%)
Cambio de eq. infusión/reservorio	3,0 / 2,3 días	4,7 / 2,3 días
HC introducidos/Comidas (al día)	120 ± 47 g / 3,9	125 ± 30 g / 3,9
Dur. insulina activa	2:00 h	2:00 h
Patrón basal manual programado de 24 h⁴	6,450U	6,450U
Objetivo de SmartGuard	100 mg/dL	100 mg/dL